

laevo



V2.56

Tragbare Rückenstütze zum
Beugen der Körperstellung




Bedienungsanleitung

16.07.2018

DE

CE

Übersicht



DE

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für Laevo entschieden haben.

Sie finden in diesem Dokument eine Anleitung zur Nutzung, Sicherheit, Anprobe und Wartung des Laevo.

- ▶ **Bitte vor Verwendung sorgfältig durchlesen.**
- ▶ **Bitte zum späteren Nachschlagen aufbewahren.**
- ▶ **Bitte die Sicherheitsanweisungen beachten.**
- ▶ **Bitte den Anwender bezüglich der ordnungsgemäßen und sicheren Verwendung des Produkts anleiten.**

Bitte wenden Sie sich bei Fragen an Laevo oder Ihren Anbieter. Sie finden die Kontaktdaten von Laevo auf der letzten Seite.

Varianten

Alle Anweisungen beziehen sich auf den V2.56.

Bei den Darstellungen handelt es sich um allgemeine Beispiele. Es ist möglich, dass Ihr Produkt von den Darstellungen abweicht.

Erläuterung der Warnhinweissymbole

- ▲ **GEFAHR!** Gibt potenziell lebensbedrohliche Verletzungen oder dauerhafte körperliche Schäden an.
- ▲ **WARNHINWEIS!** Gibt potenzielle schwerwiegende Verletzungen an.
- ▲ **VORSICHT!** Gibt potenzielle kleinere Verletzungen an.
- ⓘ **HINWEIS!** Gibt einen potenziellen Produktschaden an.
- 💡 **TIPP!** Informationen und Tipps für eine noch einfachere Verwendung des Laevo. Weitere Tipps können Sie unter www.laevo.nl nachlesen.

Einsatzmöglichkeit

Der Laevo ist ein tragbares Gerät, das nach vorn gebeugte Arbeiten und wiederholte Hebetätigkeiten unterstützt. Der Laevo reduziert die Kräfte im unteren Rücken beim Beugen.

Verwendungsindikation

Der Laevo dient dazu, Schmerzen im unteren Rücken zu verhindern, zu behandeln oder zu reduzieren. Der Laevo darf nur gemäß den diesbezüglichen Angaben verwendet werden.

- ▶ Er dient dazu, verwendet zu werden, wenn man Rückschmerzen vermeiden möchte oder wenn man Rückenschmerzen hat.
- ▶ Bitte wenden Sie sich bei Unsicherheiten bezüglich der Verwendung an Laevo.

Gegenanzeigen

Bitte in folgenden Situationen nicht verwenden:

- Sie haben einen Herzschrittmacher.
- Sie haben Brustimplantate.
- Es wurden die Achsellymphknoten entfernt.

Bitte suchen Sie für den Fall, dass sich vor oder während des Tragens Folgendes ergeben hat, vor Verwendung des Laevo einen Arzt auf:

- Leistenbruch
- Weichteilbruch
- Knieverletzung
- Hüftprothese
- Knieprothese
- Überstrecktes Knie
- Vor Kurzem eine OP
- Hauterkrankungen / -verletzungen
- Entzündung
- Narben
- Hautrötungen

Einsatzmöglichkeit

Arbeitshaltung, Aufgaben und Tätigkeiten

Der Laevo unterstützt den unteren Rücken bei Folgendem:

- Nach vorne beugen, diese Position beibehalten und sich wieder aufrichten.
- Hebearbeiten.

⚠ VORSICHT: Schwerere Lasten als gesetzlich zulässig anheben

Verletzungsrisiko für Arme und andere Körperteile

- ▶ Den Laevo nicht zum Anheben schwererer Lasten als zulässig verwenden.
- ▶ Den Laevo nicht als Ersatz für Hebehilfen für schwere Lasten verwenden.

Der Laevo ermöglicht oder unterstützt zum Teil Folgendes:

- Knien
- Hocken
- Sich nach außen oder oben strecken
- Sich drehen
- Gehen

🗨 TIPP: Die Stütze vor folgenden Tätigkeiten abschalten:

- Eine Treppe auf und ab gehen
- Sich setzen
- Langsam mit professionellen Hallenfahrzeugen wie Gabelstapler fahren.

⚠ WARNHINWEIS! Unbeabsichtigte Tätigkeiten

Risiko nicht sicherer Situationen

- ▶ Nicht rennen, klettern, in Höhen arbeiten oder draußen mit einem Fahrzeug fahren.
- ▶ Den Laevo bitte nur beruflich (zum Arbeiten) verwenden.

Sicherheitsanweisungen

- ▲ **WARNHINWEIS!** Ausfall des Geräts beim Beugen
Risiko eines plötzlichen Verlusts der Unterstützung. Wenn diese Situation ergibt, können Ihre Hände oder Ihr Kopf plötzlich (ein paar Zentimeter) bewegen.
 - ▶ Das Gerät nicht in Fällen verwenden, in denen plötzliche Bewegungen mit der Hand oder dem Kopf zu Verletzungen bei Ihnen oder anderen führen könnten.

- ▲ **WARNHINWEIS!** Beschwerden oder Schmerzen beim Tragen
Risiko von mehr Beschwerden oder Schmerzen
 - ▶ Das Produkt nicht mehr verwenden.
 - ▶ Wenn die Schmerzen nachgelassen haben, die Häufigkeit und Dauer der Nutzung wieder aufbauen.
 - ▶ Den Laevo nicht direkt auf nackter Haut tragen.

- ⓘ **HINWEIS:** Unsachgemäßer Gebrauch und Änderungen
Änderungen bezüglich oder ein Verlust der Funktionen des sowie Schäden am Produkt (s).
 - ▶ Dieses Produkt mit Sorgfalt und ausschließlich für den beabsichtigten Zweck verwenden.
 - ▶ Die Produktteile dürfen nicht abgeändert werden.

- ▲ **WARNHINWEIS!** Verwendung eines beschädigten Produkts
Funktions- einschließlich eines Verlust(s) der Unterstützung
 - ▶ Ein beschädigtes Produkt nicht verwenden.
 - ▶ In der Nähe des Laevo keine entflammaren Stoffe (z. B. Streichhölzer, Feuerzeuge, Kerzen) verwenden. Der Laevo ist nicht flammfest.
 - ▶ Den Laevo trocken halten.
 - ▶ Sich bewegende Teile frei von Flüssigkeiten halten.
 - ▶ Sich bewegende Teile frei von Sand, Staub und Schmutz halten.

- ▲ **WARNHINWEIS!** Beim Beugen auf Buttons drücken
Risiko eines plötzlichen Verlusts der Unterstützung.
 - ▶ Bitte darauf achten, nicht versehentlich auf Buttons zu drücken. Wie zum Beispiel bei einem Anstoß.
 - ▶ Bitte nicht auf Buttons des Laevo drücken, wenn eine andere Person diesen gerade trägt.

Sicherheitsanweisungen

- ▲ **GEFAHR!** Laevo bei einer CPR oder bei Einsatz eines Defibrillators getragen
Die Effizienz der CPR oder des Defibrillators reduziert
 - ▶ Vor der CPR die Brust freimachen: Die zwei Hälften des Brustpolsters auseinanderziehen. Das Gurtschloss vorne öffnen. Die Hälften nach außen schieben.

- ▲ **WARNHINWEIS!** Nicht mehr aktuelle Teile verwenden
Risiko eines plötzlichen Verlusts der Unterstützung.
 - ▶ Das Datum der Torso-Gurte prüfen. Wenn die Torso-Gurte länger als 3 Jahre verwendet werden, den Laevo nicht mehr verwenden. Bitte an den Anbieter wenden oder Teile austauschen.
 - ▶ Wechseln Sie den Torso früher aus, wenn Sie innerhalb von 3 Jahren mehr als 250.000 Lastenzyklen durchführen. Das Ablaufdatum der drei Jahre basiert auf 250.000 Lastenzyklen.

- ▲ **WARNHINWEIS!** Kleidung oder Werkzeuge im Gerät eingeklemmt oder darunter festgesetzt
Verletzungsrisiko
 - ▶ Bitte entsprechende Kleidung tragen. Bitte keine Kleidung oder Accessoires mit losen Enden wie Halsketten oder Schals tragen.
 - ▶ Keine festen Gegenstände in der Kleidung oder in den Taschen tragen.
 - ▶ Wenn sich Ihre Kleidung in dem intelligenten Gelenk verfängt, bitte nach vorne beugen, das intelligente Gelenk öffnen und die Kleidung herausnehmen.

- ▲ **WARNHINWEIS!** Finger beim Beugen in der Nähe des intelligenten Gelenks
Ein unsachgemäßer Gebrauch kann zu Schnitt- o. Stauchverletzungen führen.
 - ▶ Bitte darauf achten, dass sich Ihre Finger beim Beugen nicht in der Nähe des intelligenten Gelenks befinden.
 - ▶ Bei der Verwendung (außer beim Einrichten) keine anderen Personen den Laevo anfassen. Den Laevo von Kindern und Haustieren fernhalten.

- ▲ **WARNHINWEIS!** Etwas / jemand zieht am Brustpolster
Risiko, einen Schlag vom Brustpolster zu bekommen
 - ▶ Situationen vermeiden, in denen (aggressive) Leute dem Laevo greifen können.
 - ▶ Den Laevo nicht ohne Schulterträger tragen.
 - ▶ Option: Kleidung über dem Laevo tragen.

Montage

❗ INFORMATIONEN

- ▶ Bitte diese Schritte durchlesen und die Abbildungen aus der Kurzanleitung verwenden. Die Nummern der Abbildungen sind als QG-1, QG-2, QG-3 etc. angegeben.
- ▶ Für den Zusammenbau des Laevo sind keine Werkzeuge erforderlich.

QG-1: Vorbereitung

- ▶ Bitte prüfen, ob die Lieferung vollständig ist. Siehe die Teileliste in QG-1.

QG-2: Das Label prüfen und die Torso-Gurte auswählen

Bei einem **maßgefertigten Laevo**:

- ▶ Das Label prüfen, um zu schauen, ob das Ihr Laevo ist.
- ▶ Bitte keinen maßgefertigten Laevo tragen, der nicht für Sie ist.
- ▶ Keine maßgefertigten Torso-Gurte tragen, die nicht für Sie sind.

Bei **Standardgrößen**:

- ▶ Wählen Sie den Torso oder die Laevo-Größe aus der Tabelle im Abschnitt „Spezifikationen“ am Ende des Handbuchs aus, um die erste Anpassung durchzuführen.

❗ **TIPP:** Für Nutzer, für die es keine Standardgröße gibt, sind maßgefertigte Torso-Gurte und Laevos verfügbar.

❗ **TIPP:** In den Schritten 14 und 15 in der Kurzanleitung ist erläutert, wie und wann man sich für eine größere oder kleinere Größe entscheiden sollte.

Montage

QG-3: Die Torso-Gurte am Brustpolster anbringen.

- ▶ Den Torso-Gurt mit der Anzeige „L“ für die linke Seite des Körpers verwenden.
- ▶ Auf den Button auf der linken Seite des Brustpolsters drücken.
- ▶ Den Gurt in der Öffnung auf eine bequeme Weite einstellen. Es gibt 3 Weiteinstellungen.
- ▶ Den Button loslassen.
- ▶ Den Vorgang für die rechte Seite wiederholen.

ⓘ **HINWEIS:** Bitte sicherstellen, dass die linke und die rechte Seite gleich weit eingestellt wurden.

QG-4: Die Torso-Gurte an dem Smartjoint anbringen.

- ▶ Auf den „Gurtsperrknopf“ auf dem linken Smartjoint drücken.
- ▶ Den Torso-Gurt in der Öffnung auf eine bequeme Höhe einstellen.
- ▶ Die Einrückung in Richtung Button drehen, damit die Teile einrasten können.
- ▶ Den Button loslassen.
- ▶ Den Vorgang für die rechte Seite wiederholen.

ⓘ **HINWEIS:** Bitte sicherstellen, dass die linke und die rechte Seite gleich hoch eingestellt wurden.

⚠ **WARNHINWEIS!** Sich mit nicht arretierten Teilen beugen

Risiko eines plötzlichen Verlusts der Unterstützung.

- ▶ Leicht an allen Gurtenden ziehen, um zu schauen, dass alle Enden arretiert sind.

QG-5: Die Schulterträger am Brustpolster und am Hüftgurt anbringen.

- ▶ Sicherstellen, dass das Laevo-Logo nach außen zeigt und die Schnallen sich unter der Querung befinden.
- ▶ Sicherstellen, dass die Schulterträger nicht verdreht sind.

Anprobe

📌 INFORMATIONEN

- ▶ Bitte diese Schritte durchlesen und die Abbildungen aus der Kurzanleitung verwenden. Die Nummern der Abbildungen sind als QG-1, QG-2, QG-3 etc. angegeben.
- ▶ Der Laevo lässt sich, damit er gut passt, in vielerlei Arten anpassen.

QG-6: Vor der Anprobe / ersten Nutzung

- ▶ Die Schulterträger auf die längste Größe einstellen.
- ▶ Den Winkel des Smartjoint auf die Höchsteinstellung einstellen.

QG-7: Nun kann der Laevo angelegt werden.

QG-8: Das Brustpolster und die vordere Schnalle des Hüftgurts öffnen.

QG-9: Den Laevo anziehen

- ▶ Den Laevo wie einen Mantel anziehen.
- ▶ Das Brustpolster schließen.
- ▶ Die vordere Schnalle des Hüftgurts schließen.

QG-10: Die Schulterträger einstellen

📌 TIPP: Bei diesem Schritt ist eine helfende Hand sehr hilfreich.

- ▶ Die Länge des Schulterträgers mit den Schiebebügeln so einstellen, dass der Drehpunkt des Smartjoints auf Höhe Ihres Hüftgelenks liegt.
- ▶ Die Höhe des Überkreuzungspunkts auf Ihren Bedarf einstellen.

QG-11: Die Gurte spannen

- ▶ Den vorderen und den hinteren Gurt spannen, bis:
 - der Laevo den Körper eng umschließt,
 - sich die Beinpolster vor den Oberschenkeln befinden.

QG-12: Das Smartjoint an die Hüfte anpassen

- ▶ Den Drehpunkt des Smartjoints so nahe wie möglich am Drehpunkt Ihres Hüftgelenks platzieren, in dem Sie die Gurte vorne und hinten anpassen.

Anprobe

- ⓘ **TIPP:** Die Verlängerung des Oberschenkelknochens (großer Rollhügel) stimmt mit dem Drehpunkt des Hüftgelenks überein.
- ▶ Ihren Fuß mit der Ferse auf dem Boden drehen.
 - ▶ Ihre Daumen auf den Rand der Hüfte legen.
 - ▶ Mit den Fingern durch die Haut nach dem Knochen fühlen.
 - ▶ Die Ausrichtung der Drehpunkte des Hüftgelenks und des Smartjoints prüfen.

QG-13: Überzählige Gurtlängen wegnehmen

- ▶ Überzählige Gurtlängen aufrollen.
- ▶ Die Gurtlängen falten und in das elastische Gurtende geben.

QG-14: Die Breite anpassen oder die Torso-Gurte abändern

- ▶ Die 3-Schritt-Weiteneinstellung der Torso-Gurte bequem einstellen.
- ▶ Auf eine größere Gurtgröße umwechseln, wenn der Gurt den Körper bei normaler Nutzung irritiert.
- ▶ Auf eine kleinere Gurtgröße umwechseln, wenn der Gurt die Arme bei normaler Nutzung irritiert.

QG-15: Die Höhe anpassen oder die Gurte abändern

- ▶ Die 3-Schritt-Höheneinstellung der Torso-Gurte bequem einstellen.
- ▶ Auf eine größere Größe umwechseln, wenn das Brustpolster den Bauch irritiert.
- ▶ Auf eine kleinere Größe umwechseln, wenn das Brustpolster den Nacken oder die Achselhöhle beim Beugen irritiert.

QG-16: Den Winkel des Smartjoints einstellen

- ▶ Mittels der Buttons „Stütze an / aus“ sicherstellen, dass die Stütze eingeschaltet ist.
 - ▶ Mit dem Schalter „Winkel-Button“ hinten am Smartjoint den ersten Winkel bis zu einem Punkt reduzieren, an dem das Brustpolster in einer natürlichen aufrechten Standposition nur leicht gegen die Brust drückt.
- ⓘ **HINWEIS:** Darauf achten, dass die ersten Winkel links und rechts auf die gleichen Werte eingestellt sind.

Erstmalige Verwendung

QG-17: Die ersten Bewegungen mit dem Laevo

Bei der ersten Nutzung des Laevo bitte langsam folgende Bewegungen machen:

- ▶ Aus der Hüfte mit den Händen in Richtung der Zehen nach vorne beugen.
- ▶ Kniebeugen machen.
- ▶ In einem Winkel nach vorne beugen und nach außen strecken.

Diese Bewegung sollte sich bequem und einfach durchführen lassen. Falls nicht:

- ▶ Sicherstellen, dass der Laevo mit der unten genannten „Checkliste“ übereinstimmt.
- ▶ Die Anprobe wiederholen.
- ▶ Sich an Ihren Anbieter wenden.

Überprüfungen

❗ INFORMATIONEN

- ▶ Bitte diese Überprüfungen durchführen und die Abbildungen aus der Kurzanleitung verwenden. Die Nummern der Abbildungen sind als QG-A, QG-B etc. angegeben.

QG-A: Position des Beinpolsters

QG-B: Druck beim aufrechten Stehen

Der Druck auf dem Brustpolster sollte, wenn Sie aufrecht stehen, nicht sehr groß sein. Es ist in Ordnung, wenn das Brustpolster nicht ganz eng am Körper anliegt.

- ▶ Ggf. den Winkel der Torso-Gurte (QG-16) anpassen.

QG-C: Gurt passend zur Körperform

Die Torso-Gurte folgen der Kontur des Körpers. Die Arme sollten frei beweglich sein.

- ▶ Ggf. die Breite der Torso-Gurte (QG-14) anpassen.

QG-D: Das Brustpolster schlägt gegen den Hals

Es ist möglich, dass, wenn Sie sich nach vorne beugen, sich das Brustpolster verschiebt. Das ist normal.

❗ **HINWEIS:** Das Brustpolster schlägt gegen die Kehle.

Nicht verwendbares Produkt oder Risiko für Beschwerden

- ▶ Den unteren Hüftgurt hinten anziehen.
- ▶ Die Smartjoints in Richtung der Hinterseite des Körpers (QG-12) anpassen.
- ▶ Beugen Sie sich, in dem Sie die Hüfte mehr drehen und den Rücken oder den Nacken weniger beugen.
- ▶ Die Länge anpassen oder kürzere Torso-Gurte (QG-16) auswählen.

Tägliche Nutzung

QG-I: Die Stütze an- oder ausschalten

Die Buttons „Stütze an / aus“ auf den Smartjoints verwenden.

- ▶ Zum Ausschalten der Stütze nach oben drehen.
- ▶ Zum Anschalten der Stütze nach unten drehen.
- ⓘ **HINWEIS:** Darauf achten, dass sich vor der Verwendung beide Smartjoints in der gleichen Stellung befinden.
- ⓘ **HINWEIS:** Den Button nur in aufrechter Position verwenden.
- ⓘ **HINWEIS:** Diesen Button leicht drücken.

QG-II: Die Umwelt nutzen

Der Laevo ist für die Nutzung in Räumen gedacht.

- ⓘ **HINWEIS:** Den Laevo nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verwenden oder aufbewahren.
- ⓘ **HINWEIS:** Den Laevo nicht bei einer Umgebungstemperatur von weniger als 0 °C oder mehr als 40 °C verwenden.

QG-III: Eine stufenweise Erhöhung der Nutzung

Die erste Nutzung des Laevo stufenweise erhöhen: von 1 Stunde täglich auf 2 Stunden pro Tag auf 4 Stunden pro Tag auf 6 Stunden pro Tag bis hin zu höchstens 8 Stunden pro Tag.

QG-IV: Aufbewahrung

- ▶ An einer trockenen Stelle aufbewahren.
- ⓘ **TIPP:** Hängend aufbewahren.
 - ▶ Das Brustpolster schließen.
 - ▶ Auf einer Hutablage oder in einem Kleiderspind aufbewahren.

Wartung

ⓘ **INFORMATIONEN:** Wartung seitens eines (fachlich nicht erfahrenen) Endusers.

- ▶ Wenden Sie sich wegen der Wartung an Ihren Anbieter.

Die Brust-Gelpolster herausnehmen und auswechseln

Die Gelpolster am Brustpolster wurden mit Velcro angebracht.

- ▶ Zum Herunternehmen fest ziehen.
- ▶ Durch neue Polster auswechseln.

Die Hüftpolster herausnehmen und auswechseln.

Die Polster auf der Hüfte sind mit Druckknöpfen befestigt.

- ▶ Zum Herunternehmen fest ziehen.
- ▶ Durch neue Polster auswechseln.

Reinigung

Gehen Sie bei der Reinigung des Laevo, der Brustgel-Polsterung oder der Hüftpolster folgendermaßen vor:

- ▶ Ein feuchtes Tuch, lauwarmes / heißes Wasser und ein mildes Reinigungsmittel verwenden (keine Reinigungsmittel mit einem Lösungsmittel).
- ▶ Darauf achten, dass kein Wasser in die sich bewegenden Teile gelangt. Den Laevo nicht in Wasser eintauchen.
- ▶ Keine Lösungs-, Bleich-, Poliermittel oder Tenside verwenden. Nicht in Wasser tauchen
- ▶ Die Polsterungen nicht mit der Waschmaschine waschen. Nur von Hand waschen.

Wartung

- ▶ Regelmäßig Folgendes prüfen:
 - Auf sichtbare Schäden hin
 - Ob alle Teile noch sicher ohne Spiel angebracht sind
 - Funktionsweise der Einstellungen und Schalter
 - Ob das Smartjoint geschmiert ist

Reparatur und Entsorgung

- ▶ Bitte wenden Sie sich an Ihren Anbieter.

Rechtliche Informationen

Haftung

Die Laevo B.V. kann für Folgendes nicht haftbar gemacht werden:

- Personen- oder Sachschäden aufgrund dessen, dass ein User oder eine dritte Partei die in diesem Handbuch beinhalteten Empfehlungen und Warnhinweise nicht beachtet hat.
- Schäden aufgrund von Änderungen und / oder Abänderungen am Originalprodukt, Verschleiß und Beschädigungen aufgrund eines unsachgemäßen Gebrauchs seitens des Users, Schäden aufgrund der Verwendung von Nicht-Original-Ersatzteilen.

Gewährleistung

Die Geschäftsgewährleistung von Laevo deckt das Produkt ab. Diese kann unter www.laevo.nl/legal/ nachgelesen werden. Bitte wenden Sie sich bezüglich einer ausgedruckten Version an Laevo oder Ihren Anbieter.

CE

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Europäischen Richtlinie 93/42/EEC für medizinische Geräte. Dieses Gerät wurde als Klasse-I-Gerät gemäß den Klassifizierungskriterien in der Anlage IX der Richtlinie klassifiziert.

Der Hersteller hat daher die Konformitätserklärung in seiner Verantwortung gemäß der Anlage VII der Richtlinie ausgefertigt.

DE




Spezifikationen

Technische Produktspezifikationen







Produktbezeichnung:	Laevo V2.5
Produktnummern:	V2.50 und höher
Gewicht:	2,8 kg
Seriennummer:	Siehe Label (auf dem Smartjoint)
Zertifizierung:	CE - Medizinische Geräte Klasse I
Voraussichtliche Betriebsdauer	250.000 Beugungen oder 3 Jahre
Verwendete Materialien:	<ul style="list-style-type: none"> • Brustpolster Exgel (Öko-Tex-Standard 100) • Hüftpolster innen: Synthetisches Meshgewebe • Füllung Hüftpolster: Compri-pol 120 kg / m2 • Hüftpolster außen: Synthetikstoff • Beinpolster: Polypropylen
Tabelle: Spezifikationen Laevo V2.5 (zusammgebaut)	

	Bereich 1	Bereich 2	Bereich 3	Kombi
Höchst Drehmoment:	40 Nm	40 Nm	30 Nm	30 Nm
Üblicher Abstütz-Bereich:	0-19	20-59	59-90	Alle
Tabelle: Abstütznocken (Spezifikationen für einen montierten Laevo)				



Spezifikationen

Produktbezeichnung:	Laevo-V2.5-Torso-Gurte
Produktnummern:	V2.54 und höher
Seriennummer:	Siehe oben
Ablaufdatum:	Siehe oben
Materialien:	Pulverbeschichteter Stahl, Aluminium
Tabelle: Laevo-Torso-Gurte	

Größe		Körperlänge Von [cm] bis [cm]		Ringfarbe	
Maßgefertigt	-	beliebig	beliebig	-	-
Sehr klein	XS	156	164	Violett	
Klein	S	164	172	Gelb	
Medium	M	172	180	Orange	
Groß	L	180	188	Blau	
Übergroß	XL	188	196	Grün	
Tabelle: Körperlänge für die Gurtindikation - HERREN					
 HINWEIS: Diese Tabelle dient ausschließlich als Hinweis. Die Körperform verhält sich nicht proportional zur Körperlänge oder zum Gewicht.					

DE

Kontakt

Hersteller

laevo

Laevo B.V.

Molengraaffsingel 12-14

2629 JD Delft, die Niederlande

www.laevo.nl

+31 15 30 20 025